

**Опитувальний лист № _____
для вибору Комплексу вимірювального роторного КВР**

Найменування підприємства (Замовник):	
Код ЄДРПОУ (Замовник):	
Юридична адреса підприємства (Замовник):	
Найменування об'єкту:	
Адреса об'єкту встановлення:	
Контактна особа (ІПБ, посада) (Замовник):	
Тел., e-mail (Замовник):	

Умови експлуатації та технічні характеристики Комплексу вимірювального роторного КВР

Вимірюване середовище	Природний газ за ГОСТ 5542			
	Інше. Найменування, ГОСТ			
Виконання комплексу ¹	КВР-1.01 (pTZ корект.)			
	КВР-1.02 (T корект.)			
Габаритні та приєднувальні розміри, міжфланцевий розмір В ²	171мм		інше	
Типорозмір комплексу:	Ду 40мм G16		Ду 40мм G25	
	Ду 80мм G65		Ду 80мм G100	
Мінімальна об'ємна витрата (в роб. умовах), м3/год				
Діапазон вимірювання абсолютного тиску ³ , МПа	0,085...0,2		0,085...0,4	
	0,14...0,7		0,2...1,0	
Положення панелі управління (конструктивне виконання) ⁴		B1	B2	B3
Напрямок потоку газу:	зверху-вниз (ВН)	знизу-вверх (НВ)	зліва-направо (ЛП)	справа-наліво (ПЛ)

КВР-1. - G - - - - -

N0 - підтримує «Modbus»; 00 - не підтримує «Modbus»
Напрямок потоку: ВН, НВ, ЛП, ПЛ
Конструктивне виконання: B1, B2, B3
Максимальний абсолютний тиск (для КВР-1.01)
Мінімальна об'ємна витрата
Номинальний діаметр DN
Типорозмір комплексу
Назва комплексу, тип виконання КВР-1.01, КВР-1.02

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(дата)

1 Керівництво з експлуатації ГРИС. 407368.001 НЕ, Додаток Г

2 Керівництво з експлуатації ГРИС. 407368.001 НЕ, Додаток А

3 За окремим замовленням діапазон вимірювання тиску може відрізнятися від наведеного

4 Керівництво з експлуатації ГРИС. 407368.001 НЕ, Додаток Б

Додаток I
до опитувального листа № _____

**Додаткове обладнання до Комплексу вимірювального роторного КВР
модифікації «00»**

Пристрої для передачі даних

Радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega (Комунікатор ВЕГА 6-0)	
МС-iMOD-Vega-1 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В)	
МС-iMOD-Vega-4 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В +живлення від акумулятора +живлення від сонячної батареї)	

кабель з пристроєм гальванічної розв'язки (ГРІС.685611.267 15м)	
подовжувач до кабелю з УГР (до 100 м для підключення комп'ютера, до 35 м для підключення модему)	довжина, м

пристрої перенесення інформації УПІ та адаптер

УПІ-1М (USB)	
УПІ-1-16 (USB)	
Адаптер USB-УПІ	

кабель розгалужувач для УПІ та модему, КР-06	
--	--

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (дата)

Додаток 1
до опитувального листа № _____

**Додаткове обладнання до Комплексу вимірювального роторного КВР
модифікації «N0»**

Пристрої для передачі даних

Радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega (Комунікатор ВЕГА 6-1)	
Модуль зв'язку МС-«Комунікатор ВЕГА»-1 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В)	
Модуль зв'язку МС-«Комунікатор ВЕГА»-4 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В +живлення від акумулятора +живлення від сонячної батареї)	

кабель з пристроєм гальванічної розв'язки (РТЕХ.685611.056 15м)	
подовжувач до кабелю з УГР (до 100 м для підключення комп'ютера)	довжина, м

пристрій перенесення інформації УПІ

УПІ-2 Мб	
----------	--

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (дата)